SH	ENTRETIEN ET DESINFECTION DU NASOFIBROSCOPE IMMERGEABLE	*PF-05-MATMED-F06-FT-D* *Total page(s) :03*

	version	*Rédacteur(s)*	*Vérificateur(s)*	*Approbateur*	*Nature de la modification*
	3	CF rédacteurs	Endoscopie	CLIN	Réactualisation de l'entretien sur renouvellement du matériel
Date	2005	13/04/05	19/07/05	06/10/05	

OBJET

- Eviter la contamination du matériel entre deux examens et les patients.
- S'assurer de l'étanchéité de l'appareil avant la décontamination.
- Permettre le respect de la centralisation de l'entretien et la désinfection de l'appareil.
- Assurer une traçabilité de l'utilisation et de l'entretien de l'appareil.

DOMAINE D'APPLICATION

Destinataires : Médecins praticiens - CSS - CS - IDE - AS.
Secteurs d'activité : Consultations externes et endoscopie.
Domaine à exclure : Tous les autres services.

REGLES DE BASE

- **Prendre en charge rapidement le matériel (éviter le séchage des souillures) et l'envoyer en endoscopie dans les meilleurs délais.**
- **S'assurer de l'intégrité du nasofibroscope.**
- **Réaliser deux nettoyages successifs afin d'éliminer au maximum tout résidu protéique.**
- **Fournir la fiche de dépistage Creutzfeldt-Jakob avec l'appareil à l'endoscopie et une étiquette au nom de la personne ayant subi l'examen, ainsi que la fiche de liaison consultations externes/endoscopie pré-remplie par l'IDE responsable.**
- **Ne pas utiliser ce matériel sur un patient atteint ou suspect de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.**
- **Réaliser la traçabilité de l'action menée.**
- **En dehors de l'urgence, veiller à ce que l'examen soit réalisé entre 7H30 et 15H30 pour permettre l'entretien du matériel par l'équipe d'endoscopie.**
- **Ne pas recycler les bains de détergent.**
- **Ne jamais laisser attendre un appareil après une fibroscopie.**

PROCEDURE

1. Matériel

- Nasofibroscope Olympus réf : ENF GP matricule N°1402934 (**1**) et N°1402960 (**8**) stockés et traités en endoscopie.
- Détergent décontaminant et Désinfectant en respectant le mode d'emploi.
- Gants vinyl à UU pour la décontamination et gants « Prop » en nitrile pour le nettoyage et la désinfection en endoscopie.
- Lunettes de protection et masque anti-projection lors de la dilution des produits et de l'entretien.
- Tablier de protection.

2. Technique

AUX CONSULTATIONS EXTERNES APRÈS L'EXAMEN :

1. **Essuyer la partie externe de l'endoscope avec un non-tissé à U.U.**
2. Réaliser le test d'étanchéité dans de l'eau claire en immergeant totalement l'appareil.cf. fiche technique : Test d'étanchéité des endoscopes souples PF- 05-MATMED-F06-FT-B.

   SI FUITE ne pas désinfecter l'appareil le mettre dans un sac plastique et l'envoyer en réparation après l'avoir décontaminé par tamponnement à l'aide d'un non-tissé.
3. **Décontaminer le nasofibroscope** en l'immergeant dans un bain de décontaminant dilué selon les recommandations du fabricant **pendant 10 mn**.
4. Rincer
5. **Transporter l'appareil,** dans une boîte spécifique identifiée "envoi endoscopie" et munie d'une poissonnière sans liquide, **en endoscopie** où il sera nettoyé et désinfecté. Identifier l'envoi en endoscopie (**en joignant la fiche de liaison pré-remplie**). Fournir une étiquette au nom du patient qui aura subi l'examen et la fiche de dépistage Creutzfeldt-Jakob.

3. Entretien du matériel

- **La boîte de décontamination doit être nettoyée dès son retour de l'endoscopie avec le nettoyant-décontaminant.**

EN ENDOSCOPIE :

1. Réaliser le test d'étanchéité dans de l'eau claire en immergeant totalement l'appareil. **SI FUITE** ne pas désinfecter l'appareil le mettre dans un sac plastique et l'envoyer en réparation après l'avoir décontaminé par tamponnement à l'aide d'un non-tissé.
2. Réaliser un premier nettoyage de **10 mn** dans un bain de nettoyant-décontaminant en frottant avec un non-tissé la sonde **par tamponnement pour ne pas abîmer la gaine**.
3. Rincer 2mn.
4. Renouveler le nettoyage une deuxième fois pendant **5 mn** dans un nouveau bain.
5. Rincer 2mn.

Désinfection :

6. Immerger le nasofibroscope dans un **désinfectant** pour l'instrumentation pendant **10 mn précises**..
7. Rincer abondamment avec de l'eau du réseau.
8. Sécher le matériel.
9. Stocker le fibroscope dans un endroit propre et sec.
10. Noter l'entretien et la désinfection sur le cahier de traçabilité.
11. Si stockage supérieur à 12h, pratiquer une désinfection de 10 mn, un rinçage et un séchage avant tout nouvel examen.
12. L'appareil est restitué aux consultations externes dans une boîte identifiée **"retour d'endoscopie".**

RÉDACTEURS

Plateau technique :
C. BOURNAILLIE Cadre supérieur de santé
M.DELALANDE Cadre de santé
C GALLET IDE - F. MERCIER IDE.

SH : J. GANNEAU CSH - A.PERENNES Secrétaire.

DESTINATAIRES

Services médico-techniques :Consultations externes - SH - Pharmacie/Stérilisation - Salle d'endoscopie.
Services administratifs : IFSI – Médecine du travail.
Service biomédical : G. HIEROUX - J.P PABION.
Médecine du travail.:Dr C. FANTINO - Dr M. CARENCO

DIFFUSION

Disponible sur intranet dans HOPI rubrique "PROFESSIONNEL" chapitre Hygiène : protocoles d'hygiène.

DOCUMENTS ANNEXES

Fiches techniques de recommandation :
Lavage simple des mains : PF-01-MAINS-A02-FTR
Lavage hygiénique des mains : PF-01-MAINS-A03-FTR
Désinfection des mains : PF-01-MAINS-A05-FTR
Utilisation des gants non stériles : PF-01-MAINS-A06-FTR-D

Fiches techniques :
Test d'étanchéité des endoscopes souples : PF- 05-MATMED-F06-FT-B
Précautions « standard » : PF-04-RRT-E01-FT-C

Fiches annexes :
Fiche de liaison Consultations externes/Endoscopie.
Fiche MCJ